



ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เมดิคแมนไทย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๒๑๒๗๐๗๓๗๖๐

ชื่อโครงการ : ประกวราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : ๐๑๒๓๕๕๗๐๐๐๑๒๔ ชื่อผู้เสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบรินด์ เฮลท์แคร์

รายการพิจารณา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑ แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล ขาดคุณสมบัติ ข้อที่ ๓ คุณสมบัติทั่วไป ข้อที่

ข้อ ๓.๔ มีจอแสดงผล (Graphic Monitor) เป็นชนิด TFT Color ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 นิ้ว Touch screen และมีปุ่มหมุน (Knob Encoder) ประกอบติดกับแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ที่วัดได้จากผู้ป่วยได้ พร้อมกัน รวมทั้งสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณการหายใจของแรงดันและอัตราการไหลของก๊าซได้พร้อมกัน

ข้อ ๓.๕ มีระบบบันทึกข้อมูลของการหายใจย้อนหลัง




ข้อ ๓.๗ สามารถเลือกการใช้งาน Breathing Circuit ได้ทั้ง Dual Limb และ Single Limb

ข้อ ๓.๘ สามารถเลือกใช้แหล่งจ่ายออกซิเจนได้ทั้งแบบ High Flow xygen(Pipeline)และ Low Flow Oxygen(ถังออกซิเจน)

ขาดคุณสมบัติ ข้อที่ ๔ คุณลักษณะเฉพาะ ข้อที่

ข้อ ๔.๑๖ สามารถปรับ IBWF (Ideal body weight factor) ได้ตั้งแต่ 5 – 15 ml/kg

ข้อ ๔.๒๐ ปุ่มกดให้ออกซิเจน 100% ได้ไม่น้อยกว่า 3 นาที

ประธานกรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๒๑๒๗๐๗๓๗๖๐

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : ๐๑๐๕๕๕๖๑๘๐๖๖๐ ชื่อผู้เสนอราคา : บริษัท ทิพย์รัตน์ ซัพพลาย จำกัด

รายการพิจารณา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑ แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล ขาดคุณสมบัติ ข้อที่ ๔ คุณลักษณะเฉพาะ ข้อที่

ข้อ ๔.๑๗ Auto Mode




ข้อ ๔.๓ สามารถปรับตั้งค่าปริมาตรการหายใจ (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ 50 - 2,500 มิลลิลิตร

ข้อ ๔.๔ สามารถปรับตั้งค่าอัตราการหายใจ (Breath Rate) ได้ตั้งแต่ 2 - 120 ครั้งต่อนาที

ข้อ ๔.๕ สามารถปรับตั้งค่า PEEP/CPAP ได้ตั้งแต่ 0 - 50 เซนติเมตรน้ำ

ข้อ ๔.๑๐ สามารถปรับค่า En-SENS (Enable inhalation sensitivity) ได้ตั้งแต่ 10 - 80%

ข้อ ๔.๑๙ สามารถเลือกกำหนดค่า BTPS ได้เป็น OFF, MANUAL DRY, MANUAL HUMID

ผู้อำนวยการรวมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
รองกรรมการ	

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี