



ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง ผู้เสนอ
ราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เมดิคแมนไทย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอนุกุล ไทยถนอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๒๐๑๗๑๙๑๖๕๕

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : ๐๑๒๓๕๕๗๐๐๐๑๒๔ ชื่อผู้เสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบรินด์ เซลท์แคร์

รายการพิจารณา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง

๑ แคลตดาสีอกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล ขาดคุณสมบัติ

ข้อที่ ๓.๔ มีจอแสดงผล (Graphic Monitor) เป็นชนิด TFT Color ขนาด 7.0 นิ้ว Touch screen และมีปุ่มหมุน (Knob Encoder) ประกอบติดกับแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ที่วัดได้จากผู้ป่วยได้พร้อมกัน รวมทั้งสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณการหายใจของแรงดันและอัตราการไหลของก๊าซ ได้พร้อมกัน

ข้อที่ ๓.๕ มีระบบบันทึกข้อมูลของการหายใจย้อนหลัง

ข้อที่ ๓.๑๑ ได้รับมาตรฐาน EN๖๐๖๐๑-๑:๑๙๙๐, EN๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๑, EN๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๑ และ IEC๖๐๖๐๑-๒-๑๒:๒๐๐๑ หรือเทียบเท่า

ข้อที่ ๔.๓ สามารถปรับตั้งค่าปริมาตรการหายใจ (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ 50 - 2,500 มิลลิลิตร

ข้อที่ ๔.๔ สามารถปรับตั้งค่าอัตราการหายใจ (Breath Rate) ได้ตั้งแต่ ๒ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาที

ข้อที่ ๔.๙ สามารถปรับตั้งค่า PEEP/CPAP ได้ตั้งแต่ 0 - 50 เซนติเมตรน้ำ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายรังสรรค์ บุตรธา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๒๐๑๗๑๙๑๖๕๕

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : ๐๑๐๕๕๕๖๑๘๐๖๖๐ ชื่อผู้เสนอราคา : บริษัททิพย์รัตน์ ซัพพลาย จำกัด

รายการพิจารณา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง

๑ แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล ขาดคุณสมบัติ

ข้อที่ ๓.๑๑ ได้รับมาตรฐาน EN๖๐๖๐๑-๑:๑๙๙๐, EN๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๑, EN๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๑ และ IEC๖๐๖๐๑-๒-๑๒:๒๐๐๑ หรือเทียบเท่า

ข้อที่ ๔.๒ สามารถปรับตั้งค่า (IBW) ได้ตั้งแต่ ๑๐ -๑๕๐kg (Volume), ๑ -๑๕๐kg (Pressure)

ข้อที่ ๔.๓ สามารถปรับตั้งค่าปริมาตรการหายใจ (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ 50 - 2,500 มิลลิลิตร

ข้อที่ ๔.๔ สามารถปรับตั้งค่าอัตราการหายใจ (Breath Rate) ได้ตั้งแต่ ๒ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาที

ข้อที่ ๔.๗ สามารถปรับตั้งค่า Inspiratory time ได้ตั้งแต่ ๐.๒ - ๙.๙ วินาที

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายรังสรรค์ บุตรชา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่